

2021年8月1日

患者様各位

社会医療法人健和会

健和会病院

院長 和田 浩

担当： 医療機器安全管理者 佐々木剛

フィリップス社製 CPAP 装置、ASV 装置、人工呼吸器をご使用の患者様へ

2021年7月、フィリップス社は同社製品である CPAP、ASV、BIPAP、人工呼吸器についてリコールを発表しました。

装置内部に使用されている防音に用いるポリエステル系ポリウレタン製の発泡体が劣化して「微細粒子」や「化学物質」が発生し、吸気回路に流入し患者様が吸い込んでしまう可能性があると報告しております。

健康への影響としては、頭痛、過敏症、悪心・嘔吐、鼻炎、呼吸器関連症状（咳・痰等）が挙げられています。重篤な被害の報告はありません。

7月にフィリップス社より是正（回収）措置開始についてのご案内が出されておりますが、対応時期が不明のため、当院では、安全を期してフィリップス社製 CPAP 装置、ASV 装置、BIPAP、人工呼吸器を、順次他メーカーの装置へ切り替えることを決定致しました。

同社製品をご使用中の患者様におかれましては、大変ご心配をおかけいたしますが、準備が整い次第ご案内申し上げます。ただし、ご不安に感じることがありましたら担当までご相談ください。

詳細は下記リンクより参照ください。

○<https://www.philips.co.jp/healthcare/consumer/sleep-and-respiratory-care/hmv>

○現在ご使用の CPAP 装置の安全性に関わるご案内

○現在ご使用の人工呼吸器・ASV 装置の安全性に関わるご案内